

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

La **MI.RE.** opera dal 1992, con una seria e qualificata competenza, nel campo della misura e regolazione del gas metano, offrendo un servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione Programmata, su tutte le apparecchiature elettroniche che compongono la catena di misura.

La Società è "Operatore Metrico" dal 1997 per le Verifiche periodiche in campo dei Correttori di Volume, installati c/o le utenze finali, associati a contatore meccanico, come da Circolare Ministeriale n. 3 del 9/1/1997.

Dal 2004 ha adottato un Sistema Gestione Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000.



ELENCO SERVIZI

- Verifiche Metriche Periodiche in campo per Sistemi di misura Volumetrici TIPO 1 e TIPO 2 come da C.M. n. 3 del 09/01/1997
- Ritarature Sistemi di misura Gas Metano tipo Venturimetrici
- Certificazione e Ritarature: Registratori, Monotermografi, Manometri digitali ecc.
- Servizio di Revisione e Bollatura contatori a Rotoidi ed a Turbina con rilascio di certificazioni metriche.

SPECIFICA TECNICA SERVIZI

Taratura Sistema di Misura Gas Metano Volumetrico di tipo 1 e VERIFICA METRICA come da C.M. n.3 del 9/1/1997

- Taratura trasmettitore di pressione (su 3 punti della scala);
- Controllo sonda temperatura (su 1 punto della scala);
- Allineamento segnali di ingresso su correttore di volume PTZ;
- Calcolo KTVO (con 3 valori di pressione della scala 25%- 50%- 75%);
- Calcolo KTVO su punto di misura della pressione e della temperatura con relativa compilazione dei verbali di verifica metrica periodica;
- Controllo stato batterie ed eventuale sostituzione;
- Controllo impianto pneumatico con ricerca perdite ed eventuali manomissioni;
- Controllo impulsi in uscita contatore con relativo allineamento al correttore;
- Compilazione e rilascio verbali di taratura e di verifica metrica;
- Assistenza alla sigillatura dell'impianto di misura fiscale da parte dell'U.P.M.;
- Calcolo della portata transitata al momento della taratura e verifica metrica, per un eventuale conguaglio da contabilizzare a fine giorno.

Taratura Sistema di Misura Gas Metano Volumetrico di tipo 2 e VERIFICA METRICA come da C.M. n.3 del 9/1/1997

- Taratura manotermografo;
- Taratura trasmettitore di pressione (su 5 punti della scala);
- Controllo sonda temperatura (su 1 punto della scala);
- Allineamento segnali ingresso su calcolatore;
- Calcolo KTVO (con 3 valori di pressione della scala 25%- 50%- 75%);
- Calcolo KTVO su punto di misura della pressione e della temperatura con relativa compilazione dei verbali di verifica metrica periodica;
- Allineamento uscite per: telecontrolli, registratori elettrici e comandi Pompa Odorizzante;
- Verifica stampante con pulizia testina di stampa e sostituzione nastro inchiostro;
- Controllo avvolgicarta su registratore e stampante;
- Controllo autonomia batteria tampone e intervento per mancanza rete 220V;
- Controllo impianto pneumatico con ricerca perdite ed eventuali manomissioni;
- Controllo impulsi in uscita contatore con relativo allineamento al calcolatore;
- Compilazione e rilascio verbali di taratura e di verifica metrica;
- Assistenza alla sigillatura dell'impianto di misura fiscale da parte dell'U.P.M.;
- Calcolo della portata transitata al momento della taratura e verifica metrica, per un eventuale conguaglio da contabilizzare a fine giorno.

Gestione pratica ufficio metrico con relativo versamento alla CCIAA e gestione scadenziario delle Verifiche Periodiche con segnalazione, da parte nostra, delle verifiche in scadenza.

Attivazione, con autorizzazione del costruttore, del correttore UNIFLO 1200 secondo MID 2004/22/EC come previsto dalla C.M. n. 3620 del 22/10/2008.

Taratura Sistema di Misura Gas Metano Venturimetrico

- Taratura strumentazione tradizionale (Triplex, Manotermografi e registratori in genere);
- Taratura Trasmettitori ΔP , P e T
- Allineamento segnali ingresso su calcolatore;
- Allineamento uscite per: telecontrolli, comandi di limitatrice e registratori elettrici posti su quadro misura e relativa uscita Pompa Odorizzante;
- Verifica stampante con pulizia testina di stampa e sostituzione nastro inchiostro;
- Controllo avvolgitori carta su registratori e stampanti;
- Controllo autonomia batteria tampone e intervento per mancanza rete 220V;
- Controllo impianto pneumatico con ricerca perdite ed eventuali manomissioni;
- Calcolo e confronto portata su calcolatore con programma su PC portatile (almeno due punti della scala 20% e 80%) con riferimento alla AGA NX 19;
- Compilazione rilascio verbali di taratura;
- Calcolo della portata transitata al momento della taratura, per un eventuale conguaglio da contabilizzare a fine giorno.

Distributore Autorizzato



MI.RE. S.A.S. di SALERNO MICHELE & C.
SISTEMI DI MISURA GAS METANO - ASSISTENZA E VENDITA

MANUTENZIONE PROGRAMMATA – TARATURA STRUMENTI

Via A. Toscanini, 9 - 20090 Trezzano S/N. (MI) - Tel. 02.48409292-

Fax 02.48499400 - Cell. 335.7065032 E-mail: info@miremisurazioneegas.it

www.miremisurazioneegas.it

